

میکروپلیت ریدر

دستگاه موجود در آزمایشگاه جامع تحقیقات، از مدل Anthos 2020 می باشد.

ویژگی های این دستگاه در زیر آورده شده است:

خوانش جذب در فواصل زمانی معین

انجام کالیبراسیون اتوماتیک قبل از هر اندازه گیری

اندازه گیری سینتیک آنزیم

دارای ۴ فیلتر با طول موج های ۴۰۵، ۴۵۰، ۴۹۲، ۶۲۰ نانومتر

ارزیابی کمی با استفاده از منحنی استاندارد

